

**SỞ Y TẾ HÒA BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 640 /TMBG-BVĐKT
V/v Thư mời chào báo giá

Hòa Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh các khoa và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Đầu dò siêu âm và máy đo nhãn áp tự động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Địa chỉ: Tổ 10, phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Kiều Thị Thuý Trang, Phụ trách phòng Vật tư – TBYT, Số điện thoại: 02183852199 số máy lẻ 250, email: Kieuthuytrang86@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT, Tầng 2 toà nhà Dược – Vật tư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Tổ 10, phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 17 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 27 tháng 7 năm 2023.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Đầu dò siêu âm âm đạo	Theo Phụ lục 1 đính kèm	01	Chiếc
2	Máy đo nhãn áp hơi tự động	Theo Phụ lục 2 đính kèm	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Địa chỉ: Tổ 10, phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng ký kết có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

4.1. Tạm ứng:

Sau khi hợp đồng được ký kết và nhà thầu cung cấp bảo lãnh tạm ứng cho chủ đầu tư, chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu 30% giá trị hợp đồng.

Hồ sơ tạm ứng gồm:

- + Công văn đề nghị tạm ứng.
- + Bảo lãnh thực hiện hợp đồng kèm theo các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký bảo lãnh (trong trường hợp người ký không phải là đại diện theo pháp luật).

- + Bảo lãnh tạm ứng kèm theo các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký bảo lãnh (trong trường hợp người ký không phải là đại diện theo pháp luật)

4.2. Thanh toán:

Hình thức thanh toán theo khối lượng và giá trị hoàn thành, trong vòng 60 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của nhà thầu, chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu.

- Hồ sơ thanh toán gồm:

- + Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.
- + Biên bản vận hành chạy thử thiết bị.
- + Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

+ Đề nghị thanh toán của nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản này.

+ Hoá đơn giá trị gia tăng theo quy định của Nhà Nước (bản gốc);

+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng vật tư hàng hóa (CO, CQ và các giấy tờ khác liên quan).

+ Đồng tiền thanh toán: đồng tiền Việt Nam.

5. Mẫu Báo giá: Theo mẫu được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hoá và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các PGD;
- Khoa CDHA, Mắt;
- Phòng TCKT, VT-TBYT;
- Lưu: VT, VT-TBYT.



GIÁM ĐỐC



Ts. Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thư mời chào báo giá số 640/TMBG-BVĐKT ngày 17/7/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình)

STT	Đầu dò siêu âm âm đạo	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
Tương thích máy siêu âm màu, model: ACUSON NX3, Hãng sản xuất: Siemens Healthineers.		
1	Yêu cầu chung	
	Tình trạng:	Chất lượng: Mới 100%
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng:	Thiết bị đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương
	Năm sản xuất:	Năm sản xuất máy chính: 2023 trở về sau
2	Yêu cầu cấu hình	Đầu dò âm đạo đa tần số
3	Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật	Dải tần số $\leq 3.5 - \geq 10.0$ MHz Số lựa chọn tần số 2D-mode: ≥ 3 tần số Số lựa chọn tần số 2D hòa âm mô: ≥ 4 tần số Số lựa chọn tần số Doppler màu: ≥ 3 tần số Số lựa chọn tần số Doppler xung: ≥ 3 tần số Số lượng chấn tử: ≥ 128 Tiết diện tiếp xúc: ≥ 27 mm Trường nhìn tối đa: $\geq 130^\circ$ Độ sâu hiển thị tối đa: ≥ 140 mm Có tùy chọn hỗ trợ sinh thiết Góc dẫn đường sinh thiết: $\geq 1^\circ$ Các loại thăm khám: Thai sớm, Phụ khoa, Sản khoa, Niệu khoa
4	Yêu cầu khác	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Lắp đặt tại địa điểm của đơn vị sử dụng Cam kết cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO) đối với các thiết bị nhập khẩu và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao thiết bị Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HOÀ BÌNH

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Thư mời chào báo giá số 60/TMBG-BVĐKT ngày 17/7/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình)

STT	Máy đo nhấn áp hơi tự động	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
1	Yêu cầu chung	- Thiết bị mới 100%. - Thiết bị được sản xuất năm 2023 trở đi. - Đạt các tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương. - Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa $\geq 40^{\circ}\text{C}$, Độ ẩm tối đa $\geq 75\%$. - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
2	Yêu cầu cấu hình	- Máy chính: 01 chiếc - Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc - Màn hình màu cảm ứng tích hợp : 01 chiếc - Bao phủ chống bụi: 01 chiếc - Bàn đặt máy : 01 chiếc - Dây điện nguồn: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ
3	Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật	
3.1	Tính năng kỹ thuật.	- Hệ thống cung cấp khí sạch độc đáo tiên tiến - Hơi phụt ra nhẹ nhàng - Tự động đo chiều dày giác mạc để hiệu chỉnh giá trị nhấn áp - Tự động điều chỉnh và đo - Cho phép kết nối với mạng LAN/ WIFI để dễ dàng xuất và nhập dữ liệu - Tích hợp hệ thống điều chỉnh áp suất tự động giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái khi đo.
3.2	Thông số chi tiết	- Dải đo nhấn áp: 0 – 60 mmHg, bước hiển thị: 1mmHg - Dải đo độ dày giác mạc: 150-1300 μm, bước hiển thị: 1μm - Khoảng dịch chuyển của máy: 85 mm theo trục X, 40 mm



STT	Máy đo nhãn áp hơi tự động	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
		theo trục Y và 50 mm theo trục Z. - Màn hình màu cảm ứng kích thước 7 inch được sử dụng để điều khiển cũng như hiển thị giá trị đo. - Tỷ cảm điều chỉnh lên xuống bằng điện với khoảng dịch chuyển: 69 mm - Khả năng lưu trữ dữ liệu lên tới 3500 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân tới 100 lần đo, mỗi lần đo 3 lượt. - Nguồn sáng dùng để đo sử dụng LED bước sóng 950 nm - Nguồn sáng cho quan sát bán phần trước sử dụng LED bước sóng 860 nm - Trọng lượng: khoảng 18Kg. - Nguồn điện sử dụng: 100-240VAC, công suất tối đa 45 VA
4	Yêu cầu khác	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo thiết bị cho nhân viên y tế tại địa điểm của đơn vị sử dụng Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 10 năm Có chào giá bảo trì hàng năm, ghi rõ điều kiện bảo trì định kỳ và đột xuất Cam kết cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO) đối với các thiết bị nhập khẩu và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao thiết bị Có giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y tế cấp khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép nhập khẩu theo quy định. Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HOÀ BÌNH